



- Messgeräte GmbH  
Druck- und Temperaturmesstechnik

63546 Hammersbach  
Am Schulzehnten 23  
Telefon (0 61 85) 8187 - 0  
Telefax (0 61 85) 8187 - 27  
Www.AMV-GERMANY.de  
Info@amv-germany.de

# Neuentwicklung

Hochdruckpumpe Typ:

**HD300(HD1000)**  
Stickstoffausführung



## Funktionsbeschreibung:

Beide Ventile werden in je einen Anschluss am Rückflansch der Prüfpumpe montiert. Das Referenzgerät wird in den seitlichen Anschluss montiert.

An Ventil 1 wird eine Stickstoffflasche angeschlossen. Durch öffnen des Ventils wird ein Vordruck auf die Prüfpumpe gegeben. Mit der Spindel wird der gewünschte Druck eingestellt.

Das Ventil 2 wird mit dem Prüfling verbunden und dient später zur Druckentlastung.